

# 产品检验报告



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L5091

国网计量中心有限公司

# 检验报告

检字第 SGCM014520180109 号

样品名称 电流互感器

样品型号 FLKCT47 1.5(6)A/5mA

生产单位 南京富力康电子技术有限公司

委托单位 南京富力康电子技术有限公司

检验类别 委托试验

2019年02月19日

地址：中国北京市清河小营东路15号

邮编：100192

网址：<http://jlzx.epri.sgcc.com.cn>

传真：010-82413640

服务电话：010-82812333

监督电话：010-82813239

编号: SGCM014520180109

# 国网计量中心有限公司 检验报告

样品名称	电流互感器	样品型号	FLKCT47 1.5(6)A/5mA
样品类型	经互感器接入式三相电能表用电流互感器	准确级	0.1 级
电流比	1.5(6)A/5mA	额定负载	20Ω
生产单位	南京富力康电子技术有限公司	检验类别	委托试验
委托单位	南京富力康电子技术有限公司	单位地址	江苏省南京市江宁开发区清水亭西路 2-20 号
取样方式	自取	样品数量	19 只
环境温度	20℃±5℃	相对湿度	30%~70%
检验日期	2019-01-08~2019-02-18	检验项目	14 项
样品编号	SGCM014520180109-01~19		
检验依据	Q/GDW 11179.15—2015 电能表用元器件技术规范 第 15 部分: 电流互感器产品规格书		
检验结论	<p style="text-align: center;"><b>受检样品所有检验项目的技术指标符合检验依据的要求。</b></p> <p>签发人: <i>张世彬</i></p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期 2019 年 02 月 19 日 检验专用章 有效期至 2021 年 02 月 18 日</p> </div>		
备注			

第 1 页 共 19 页